

โอกาสพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินรพ.สต ติตดาว อ.บ่อพลอย

วันที่ 1และวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

โอกาสพัฒนา

1. สถานที่ทำการทดสอบ/พื้นที่ปฏิบัติงาน ยังไม่เป็นสัดส่วน, พื้นที่วางเครื่องปั่น Hematocrit ไม่แข็งแรง
2. ยังไม่มีหลักฐานการเบิกจ่ายที่มีรายละเอียดครบตามที่กำหนดในมาตรฐาน
3. ไม่ระบุนวันเปิดใช้ วันหมดอายุ และยังมีของหมดอายุแล้วปะปนอยู่
4. ยังไม่มีประวัติเครื่องมือหรือครุภัณฑ์
5. บางที่ไม่ได้สมัคร EQA
6. คู่มือการตรวจวิเคราะห์หายไปหรือไม่ได้อยู่ใกล้กับบริเวณตรวจวิเคราะห์
7. ไม่มี Worksheet ลงผลการตรวจ
8. เครื่องปั่น Hematocrit เป็นรุ่นเก่ามีเสียงดังมาก และปั่นหลุดง่าย ใช้แปร่งถ่านที่เวลาหมดแล้วต้องหาซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนทดแทนยาก

ข้อเสนอแนะ

1. กรณีไม่ได้สมัคร EQA ควรทำ Inter lab โดยการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทั้ง 4 test กับรพ.สต ใกล้เคียงจำนวน 3 แห่งขึ้นไป (แจ้งที่ห้องแล็บเพื่อเตรียมตัวอย่างตรวจให้)
2. การทำ IQC ของ Blood glucose meter ให้ทำเดือนละครั้งโดยการนำเครื่องเข้ามาทำที่ห้องแล็บพร้อมวันที่มาประชุมพยาบาลของทุกเดือน
3. ควรคำนวณอัตราการใช้ของวัสดุการแพทย์ก่อนเบิก และไม่ควรรนำไปสต็อกไว้มากเกินความจำเป็น
4. ควรเขียนวันเปิดใช้และวันหมดอายุทุกครั้งที่เปิดใช้ใหม่
5. เมื่อของใช้ใกล้หมดอายุให้นำมาให้ที่ห้องแล็บเพื่อทำการแจ้งเจ้าหน้าที่วัสดุการแพทย์ให้นำไปช่วยใช้ในรพ.
6. ควรจัดทำแผนการจัดซื้อเครื่องปั่น Hematocrit สำหรับรพ.สต.ที่เครื่องยังเป็นรุ่นเก่าอยู่

ทัศนีย์ โพธิศิริวัฒนา

(ทัศนีย์ โพธิศิริวัฒนา)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ผู้ตรวจประเมินและพิมพ์รายงาน

4 พฤษภาคม 2561

การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ (Inter lab)

ชื่อหน่วยงาน รพ.สต หนองกระทุ่ม

วันที่ประเมิน 3 พฤษภาคม 2561

Test	ยี่ห้อ	Lot No.	Exp.	ค่า control	ค่าที่ได้	ผลการประเมินปี 61	ผู้ประเมิน
Pregnancy test	HCG Pregnancy test	HCG7080091	2019-07	Positive	Positive	ผ่าน	ทัศนีย์ โพธิศิริวัฒนา

Test	ยี่ห้อ	Lot No.	Exp.	ค่า control	ค่าที่ได้	ผลการประเมินปี 61	ผู้ประเมิน
BGM	TERUMO	TD17H103-GED	Feb-19	95	96	ผ่าน	ทัศนีย์ โพธิศิริวัฒนา

Test	ยี่ห้อเครื่อง	Tube Hct		ค่า control	ค่าที่ได้	ผลการประเมินปี 61	ผู้ประเมิน
		Lot No.	Exp.				
Hematocrit		2102449	2021-02	40%	40%	ผ่าน	ทัศนีย์ โพธิศิริวัฒนา

Test	ยี่ห้อ	Lot No.	Exp.	ค่า control		ค่าที่ได้		ผลการประเมินปี 61	ผู้ประเมิน
				Albumin	Sugar	Albumin	Sugar		
Albumin,Sugar	Self-Stik	2070109	2019-01	Negative	3+	Negative	3+	ผ่าน	ทัศนีย์ โพธิศิริวัฒนา

ผู้รับผิดชอบของรพ.สต 1.

2.

3.

ข้อเสนอแนะ

ให้ทำเรื่องเสนอของบประมาณจัดซื้อเครื่องปั่น Hematocrit ใหม่จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็นเครื่องที่เก่าเวลาปั่นมีเสียงดังมาก ปั่นแล้วแตกหรือหลุดเป็นประจำ

